

### ACLARACIONES PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPTE. 00002-2023

**“Suministro de equipamiento: Lote1: Máquina de fabricación aditiva de componentes metálicos, Lote 2: Equipo de tomografía computerizada por rayos X como parte del proyecto EQC2021-007097-P financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU.”**

El Pliego de Prescripciones Técnicas establece en el apartado 7 Especificaciones Técnicas Requeridas. Software de control y reconstrucción el Lote 2: Equipo de tomografía computerizada por rayos X dice que el equipo propuesto debe incluir como mínimo “la posibilidad de exportar los datos al menos en formato DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) - an international standard related to the exchange, storage and communication of digital medical images (ISO standard 12052:2017)”

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 8 del citado pliego, podrán aceptarse otros formatos de exportación de los resultados equivalentes a DICOM, debiendo el licitado demostrar dicha equivalencia.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 126.2.b), 126.8 y 128 de la LCSP

El objeto de la presente contratación es parte del proyecto EQC2021-007097-P financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR, con el siguiente régimen de financiación:

	
<p>100% IVA excluido</p>	<p>IVA</p>
<p>1.122.214,00 €</p>	<p>235.664,94 €</p>